





37	Centratore speciale per flangia KF40 su tubo Ø28	1	H020029	Teflon	
36	Dado M4	2	comm	A2	
35	Boccola	2	H020028	Ottone	
34	supporto con madrevite	1	H020027	AlSi304 e ottone	
33	Dado M10	1	comm	A2	
32	pomello	1	H020026	Anticorodal	
31	Vite di manovra M10	1	H020025	A2	
30	Dado M8	8	comm	A2	
29	Rosetta 8,4x17	8	comm	A2	
28	Vite M8x45 UNI 5931	8	comm	A2	
27	Supporto fisso	3	H020018	Anticorodal	
26	Anello di bloccaggio	1	H020017	Anticorodal	
25	Pattini di sostegno e scorrimento	1	H020016	Polietilene	
24	Supporto scorrevole	1	H020015	Anticorodal	
23	Boccola goniometrica	1	H020014	ottone	
22	Flangia con indice	1	H020013	Anticorodal	
21	Barra di sostegno e traslazione	1	H020012	Anticorodal	
20	O-Ring T=5,34 d=110,50	1	comm	Viton	
19	Connettore volante	21	comm	--	
18	Connettore passaparete per vuoto	21	comm	--	
17	Flangia porta connettori	1	H020011	isolante	
16	Contenitore per connettori	1	H020010	Anticorodal	
15	Manicotto di aggancio	1	H020009	Anticorodal	
14	Distanziatore corto	1	H020008	Anticorodal	
13	Anello premi O-Ring	2	H020007	Anticorodal	
12	Ghiera M 48x1,5	2	H020006	Anticorodal	
11	Adattatore da NPT 1/4" a KF DN16	2	comm	Acciaio AISI 316	
10	Distanziatore lungo	1	H020005	--	
9	O-Ring per KF DN25	4	comm	Viton	
8	Manicotto di tenuta e scorrimento	1	H020004	Anticorodal	
7	*+* con 2 flange KF DN40 e 1 KF DN 16	1	comm	Acciaio AISI 316	
6	Tubo Ø=28, pi= 24	1	H020003	Acciaio AISI 316	
5	Valvola DN40 con flange KF	1	comm	--	
4	O-Ring con centraggio per flangia KF DN40	3	comm	Alluminio/Viton	
3	Collare per flangia KF40	4	comm	Alluminio	
2	Ricordo da flangia CF DN40 a KF DN40	1	comm	Acciaio AISI 316	
1	Testa Ø=35mm	1	H020002	--	
Pos.	Descrizione	N. Pezzi	Dis.	Materiale	
C					
B					
A	--		--/--/--	--	
Rev.	Descrizione	Dis.	Disegnato	Controllato	
Approvato	Gadani	SOSTITUITO DAL DIS. -----		SOSTITUITO IL DIS. -----	
Controllato	Gadani	Smussi non quotati 0,5x45°	Quote senza indici, di tolleranza ISO 2768 m K	Scala 1:1	
Disegnato	Gadani	Rugosità R _a in µm	Trell. tecnica età super.		
Data Emissione	05/04/2001	3/2			
 CONSORZIO RFX Ricerca Formazione Innovazione Corso Stati Uniti, 4 - 35127 Padova ITALY Tel. 049/8250000 - Fax 049/8700718		TITOLO - ESPERIMENTO MST strumentazione - Tomografia SXR - Sistema di inserzione testa per accesso da 1,5" - Impressivo			
		Dis. N° H020001			
28	29	30	31	32	33
IL PRESENTE ELABORATO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO SENZA AUTORIZZAZIONE					