




14	Anellino coprigiunto	1	H020030	Anticorodal
13	Vite M3x3,2 (modif.) UNI 6107-67	3	Comm	A2
12	Boccola di aggancio su tubo ø28 sp= 2	1	H020023	Anticorodal
11	Vite M2,5x5,3 (modif.)UNI 6109-67	3	Comm	Anticorodal
10	Corpo cilindrico Testa rivel.SXR	1	H020022	Anticorodal
9	Zoccolo portarivelatore AXUV-20ELTS (modif.)	1	H020024	Teflon??
8	Vite M3x8 UNI 6109-67	2	Comm	A2
7	Rivelatore multiplo AXUV-20EL	1	Comm	
6	Vite M2x9 UNI 6109-67 (modificata)	4	Comm	A2
5	Flangia bloccaggio filtro e lamina pinhole	1	H020021	Anticorodal
4	Lamina Sp=0,1 con Pinhole ad asola 1x4 r=0.5	1	H020020	Acciaio AISI 304
3	Filtro ø16.8 sp= 0.0125 (mm)	1	Comm	Berillio
2	Vite M2x4,5 UNI 6109-67 (modificata)	4	Comm	A2
1	Flangia Frontale	1	H020019	Anticorodal
Pos.	Descrizione	N. Pezzi	Dis.	Materiale

C				
B				
A	--			--
Rev.	Descrizione	Data	Disegnato	Controllato

Approvato	Gadani	SOSTITUITO DAL DIS. ----- SOSTITUISCE IL DIS.-----	
Controllato	Gadani	Smussi non quotati 0,25x45°	Quote senza indicaz. di tolleranza ISO 2768 m K
Disegnato	Gadani	Rugosità R _a in µm 1.6/▽	Tratt. termico e/o superf. --
Data Emissione	05/04/2001		

 CONSORZIO RFX Ricerca Formazione Innovazione Corso Stati Uniti, 4 - 35127 Padova ITALY Tel. 049/8295000 - Fax 049/8700718		TITOLO - ESPERIMENTO MST strumentazione - Tomografia SXR - Testa per accesso da 1.5" (38,1mm) - Complessivo	
		Dis. N° H020002	FOGLIO 1/1