




13	Vite M2,5x5,3 (modif.) UNI 6109-67	1	Comm	A2
12	Corpo cilindrico	1	H020038	Anticorodal
11	Vite M3x8 UNI 6109-67	2	Comm	A2
10	Zoccolo portarivelatore AXUV-20ELTS (modif.)	1	H020037	Teflon
9	Rivelatore multiplo AXUV-20EL	1	Comm	
8	Vite M2x9 UNI 6109-67 (modificata)	4	Comm	A2
7	Vite M2x8 UNI 6107-67	2	Comm	A2
6	Cornice premi filtro	1	H020036	Acciaio AISI 316
5	Flangia bloccaggio lamina con pinhole	1	H020035	Anticorodal
4	Lamina filtro 10x16 sp= variabile	1		Berillio
3	Lamina Sp=0,1 con Pinhole ad asola 1x4 r=0,5	1	H020034	Acciaio AISI 316
2	Vite M2x7 UNI 6109-67 (modificata)	2	Comm	A2
1	Flangia Frontale	1	H020033	Anticorodal
Pos.	Descrizione	N. pezzi	Dis.	Materiale
C				
B				
A				
Rev.	Descrizione	Data	Disegnato	Controlato
Approvato	Cadani	SOSTITUITO DAL DIS. -----	SOSTITUISCE IL DIS. -----	
Controlato	Cadani	Smussi non quotati	Quote senza indicaz. di tolleranza	Solo
Disegnato	Gadani	0,25x45*	ISO 2768 m K	4:1
Data Emissione	15/10/2001	Rugosità R _a in µm	Trell. semico sto super.	
		1,6/	--	
 CONSORZIO RFX Ricerca Formazione Innovazione Corso Stati Uniti, 4 - 35127 Padova ITALY Tel. 049/8298000 - Fax 049/8700718		TITOLO		
		- ESPERIMENTO MST strumentazione - Tomografia fissa SXR - Unità di rilevamento fissa - Testa - Complessivo		
		Dis. N°		H020032
				1/1