




14	Anellino di prolunga	1	H020047	Anticorodal
13	Vite M2,5x5,3 (modif.)UNI 6109-67	1	Comm	A2
12	Corpo cilindrico	1	H020047	Anticorodal
11	Vite M3x8 UNI 6109-67	2	Comm	A2
10	Zoccolo portarivelatore AXUV-20ELTS (modif.,)	1	H020037	Teflon
9	Rivelatore multiplo AXUV-20EL	1	Comm	
8	Vite M2x20 UNI 6109-67	4	Comm	A2
7	Vite M2x8 UNI 6107-67	2	Comm	A2
6	Cornice premi filtro	1	H020036	Acciaio AISI 316
5	Flangia bloccaggio lamina con pinhole	1	H020035	Anticorodal
4	Lamina filtro 10x16 sp= variabile	1		Berillio
3	Lamina Sp=0,1 con Pinhole ad asola 1x4 r=0.5	1	H020034	Acciaio AISI 316
2	Vite M2x7 UNI 6109-67 (modificata)	2	Comm	A2
1	Flangia Frontale	1	H020033	Anticorodal
Pos.	Descrizione	N. Pezzi	Dis.	Materiale
C				
B				
A	--	--/--/--	--	--
Rev.	Descrizione	Data	Disegnato	Controllato
Approvato	Gadani	SOSTITUISCE IL DIS.-----		
Controllato	Gadani	Smussi non quotati	Quote senza indicaz. di tolleranza	Scala
Disegnato	Gadani	0,25x45*	ISO 2768 m K	2:1
Data Emissione	29/08/2003	Rugosità R _a in µm	Tratt. termico e/o superf.	
		1.6/	--	
 CONSORZIO RFX Ricerca Formazione Innovazione Corso Stati Uniti, 4 - 35127 Padova ITALY Tel. 049/8295000 - Fax 049/8700718		TITOLO - ESPERIMENTO MST strumentazione - Tomografia SXR - Testo lunga - Complessivo		
		Dis. N° H020044		
				Foglio 1/1